



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

RELAÇÃO DE ITENS LICITADOS				
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
001	01	<p>Veículo tipo Furgoneta com carroceria em aço ou monobloco original de fábrica, 0 km, potência mínima de 85 CV, adaptado para Ambulância Tipo A - de Simples Remoção, com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Air Bag Frontal Duplo;- Nota fiscal emitida ao primeiro proprietário;- Freio com ABS nas 4 (quatro) rodas;- Ano/Modelo mínimo 2018/2019 ou superior;- Motor Dianteiro de mínimo 4 (quatro) cilindros;- Movido a Gasolina/ Etanol ou Diesel;- Tanque de Combustível com capacidade mínima de 50 Litros;- Direção Hidráulica ou Elétrica Original de fábrica;- Vidros Elétricos nas portas dianteiras original de Fábrica;- Câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré;- Protetor de motor;- Alarme com sistema de travamento das portas e fechamento dos vidros à distância;- Sistema integrado de som;- Pneus de no mínimo 175/70 R14;- Travas elétricas em todas as portas;- Macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, pneu estepe, extintor de incêndio, calotas integrais, tapetes e demais dispositivos de segurança exigidos pelo código nacional de trânsito;- Sistema elétrico original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento, quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.- Iluminação natural e artificial, sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.- Laudo que comprove atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal, sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13.8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @13.8 Vcc;- Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.- Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo de 3 litros.- A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica para o ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador;	R\$95.000,00	R\$95.000,00

“Terra dos Beatos Pe. Manuel e Coroinha Adílio”



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

	<ul style="list-style-type: none">- O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.651, ventilador oscilante no teto, a capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser no mínimo 15.000 BTUs;- Maca retrátil, em duralumínio com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de no mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 Kg, com colchonete;- Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro de cadastramento dos produtos na Anvisa; Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standart 004 feito por laboratório devidamente credenciado;- A distribuição dos moveis e equipamentos no salão de atendimento devem prever: Dimensionar o espaço interno visando posicionar de forma acessível e pratica a maca e bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento das vítimas: As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-estinguível, ambas com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática;- Um suporte para o soro e plasma;- Um pega mão ou balaústre vertical junto a porta traseira esquerda para auxiliar no embarque, com acabamento na cor amarela;- Armário superior para objetos, na lateral direita acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar);- Fornecer de Vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS, e Ministério da Saúde; - Garantia total pelo prazo de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. <p>Obs: As garantias do veículo passam a contar a partir da data de entrega do veículo.</p>		
			TOTAL
			R\$95.000,00